



## Dictamen de Evaluación N° 31/19

11/12/2019

<b>Nobre del Organismo Contratante</b>	<b>Universidad Nacional Arturo Jauretche</b>
--	--

### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

<b>Tipo</b>	<b>Compulsa abreviada</b>	<b>Numero</b>	<b>63</b>	<b>Ejercicio</b>	<b>2019</b>
<b>Clase</b>	<b>Sin Clase</b>				
<b>Modalidad</b>	<b>Sin Modalidad</b>				

<b>Expediente Numero</b>	1014/19
<b>Rubro Comercial</b>	Equipos Sanitarios y de Laboratorio

<b>Objeto de la Contratación:</b> Adquisición de Equipos de Electrocardiografía Portatil
--

<b>Oferente N° 1</b>
<b>Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (CUIT: 30-61878318-5)</b>

<b>REGLONES DESESTIMADOS</b>
Se recomienda desestimar el renglon n° 1 " Equipo de Electrocardiografía portatil" por resultar Técnicamente inadmisibile según se desprende del informe técnico obrante a fs 469

<b>Oferente N° 2</b>
<b>Jotatec S.R.L. (CUIT: 30-70885830-3)</b>

<b>Orden de Merito</b>	<b>1</b>
<b>Oferta</b>	<b>Principal</b>
<b>Renglones</b>	1 " Equipo de Electrocardiografía portatil "
<b>Fundamento</b>	Por Ajustarse a lo Solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones y resultar administrativa y técnicamente admisible
<b>Cantidad Ofertada</b>	15
<b>Precio Unitario</b>	\$ 66.000,00
<b>Precio Total</b>	\$ 990.000,00
<b>Observaciones</b>	

**REGLONES DESESTIMADOS**

No fueron desestimados renglones a este Proveedor en el presente proceso de selección

Se recomienda adjudicar el total de la contratación a la Oferta presentada por la Firma Jotatec S.R.L. (CUIT: 30-70885830-3)

Total a Adjudicar:	\$ 990.000,00	SON PESOS: NOVECIENTOS NOVENTA MIL
--------------------	---------------	------------------------------------

Oferente N° 3

**Tecnoimagen S.A. (CUIT: 33-70704423-9)**

**REGLONES DESESTIMADOS**

Se recomienda desestimar el renglon n° 1 " Equipo de Electrocardiografía portatil" por resultar Técnicamente inadmisibile según se desprende del informe técnico obrante a fs 469

Oferente N° 4

**Feas Electronica S.A. (CUIT: 30-70770219-9)**

**REGLONES DESESTIMADOS**

Se recomienda desestimar el renglon n° 1 " Equipo de Electrocardiografía portatil" por resultar Técnicamente inadmisibile según se desprende del informe técnico obrante a fs 469

Oferente N° 5

**Cardiotecnica S.R.L. (CUIT: 30-68576338-5)**

**REGLONES DESESTIMADOS**

Se recomienda desestimar el renglon n° 1 " Equipo de Electrocardiografía portatil" por resultar Técnicamente inadmisibile según se desprende del informe técnico obrante a fs 469

3° MIEMBRO TITULAR

2° MIEMBRO SUPLENTE

1° MIEMBRO SUPLENTE

COMISION DE PREADJUDICACIÓN

Florencio Varela, 11 de diciembre de 2019

### INFORME TÉCNICO

El oferente **CARDIOTECNICA S.R.L** en su oferta para:

REGLON 1: "EQUIPO DE ELECTROCARDIOGRAFÍA PORTATIL", **NO CUMPLE** con lo solicitado técnicamente, en cuanto al menos lo siguiente:

- La resolución del convertor A/D es de 12 bits y se pide de al menos 16 bits
- La autonomía de la batería es mayor a 2 Hs de uso continuo y se pide de al menos 8 Hs.
- NO permite realizar las siguientes mediciones automáticas solicitadas: RR, ONDA P, ONDA QRS, ONDA T, DESNIVEL DE SEGMENTO ST Y PENDIENTE DE SEGMENTO ST

El oferente **JotaTec S.R.L** en su oferta para:

REGLON 1: "EQUIPO DE ELECTROCARDIOGRAFÍA PORTATIL", **CUMPLE** técnicamente con lo solicitado

El oferente **CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A** en su oferta para:

REGLON 1: "EQUIPO DE ELECTROCARDIOGRAFÍA PORTATIL", **NO CUMPLE** con lo solicitado técnicamente, en cuanto al menos lo siguiente:

- La autonomía de la batería es de 3 Hs de uso continuo y se pide de al menos 8 Hs de trazo continuo.
- No incluye el software para visualización y registro en PC
- La resolución del convertor A/D es de 12 bits y se pide de al menos 16 bits

El oferente **TECNOIMAGEN** en su oferta para:

REGLON 1: "EQUIPO DE ELECTROCARDIOGRAFÍA PORTATIL", **NO CUMPLE** con lo solicitado técnicamente, en cuanto al menos lo siguiente:

- La autonomía de la batería es de 6 Hs de uso continuo y se pide de al menos 8 Hs de trazo continuo.

ES COPIA

El oferente **feas ELECTRONICA** en su oferta para:

REGLON 1: "EQUIPO DE ELECTROCARDIOGRAFÍA PORTATIL", **NO CUMPLE** con lo solicitado técnicamente, en cuanto al menos lo siguiente:

- La autonomía de la batería es de 2 Hs de uso continuo y se pide de al menos 8 Hs de trazo continuo
- No incluye software para visualización y registro en PC



Handwritten signature, possibly reading "Pedro..."

**ES COPIA**